

## Электрическая машина для испытания цемента на изгиб



|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Максимальная нагрузка                                    | 5000Н            |
| 2. Относительная погрешность значения показания             | $\leq \pm 1\%$   |
| 3. Относительное изменение значения показания               | $\leq 1\%$       |
| 4. Скорость загрузки  | 50 $\pm$ 5Н/С    |
| 5. Расстояние между центрами двух опорных цилиндров         | 100 $\pm$ 0,1 мм |
| 6. Диаметр загрузочного цилиндра и опорного цилиндра        | 100 $\pm$ 0,1 мм |
| Эффективная длина загрузочного цилиндра и опорного цилиндра | 46мм             |
| 7. Параллельность двух опорных цилиндров                    | $\leq 0,1$ мм    |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 8. Размер тестового блока | 160×40×40мм         |
| 9. Блок питания           | 220 В/ 50 Гц/ 10 Вт |
| 10. Размеры               | 1025×250×816мм      |