

Многофункциональный электрический уплотняющий аппарат
TDJ-III



Технический параметр

Метод эксперимента	Стандарт	Главный
Диаметр дна молотка (мм)	51	51
Вес молотка (кг)	2,5	4,5
Высота падающего груза (мм)	305	457
Внутренний диаметр пробирки (мм)	101,6	152,4
Высота пробирки (мм)	116	116
Объем испытательного цилиндра (мл)	947,4	2103.9

Высота защитной трубки (мм)	50	50
Мощность уплотнения (кДж/см ³)	592,2	2684,9