

Тестер поглощения синей глины ZWV



Его можно использовать для определения поглощения синего цвета буккальным грунтом и эффективного содержания буккального грунта в формовочном песке. Включая устройство для обработки образцов, тестовое измерительное устройство и т.д. С помощью ультразвукового диспергирования и механического перемешивания образцы глины полностью контактировали с красителем метиленовым синим, а для капельного тестирования использовалась качественная фильтровальная бумага. Требования к точному автоматическому титрованию, отсутствие утечек, простое управление, цифровой дисплей.

Технический параметр

Точность впрыскивающего насоса	$\pm 0.01\%$
Скорость смешивания	1400 об./мин.
Ультразвуковой диспергатор	40 ± 2 кГц
Размеры резервуара для очистки	(длина * ширина * высота) 150 * 140 * 100 мм.