

Тестер влажности песка SFY



Используется для быстрого определения содержания воды в формовочном песке, цифровое отображение содержания воды.

Технический параметр

Метод определения	метод сухого уменьшения влажности	Диапазон температур	комнатная температура -180°C
Качество образца	0,5 ~ 100 г / любой качественный метод отбора проб	оценочное значение	комнатная температура -180°C
Минимальный уровень отображения	влажность 0,01% (содержание твердого вещества), масса 0,001 г	Единица измерения	влажность (влажная основа, сухая основа), масса, количество твердого вещества
Диапазон определения	влажная основа, содержание твердого вещества: 0 ~ 100%	ry base	0 ~ 500%;