

Электрическая машина для испытания цемента на изгиб



1. Максимальная нагрузка	5000Н
2. Относительная погрешность показаний значения	$\leq \pm 1\%$
3. Относительное изменение значения показаний	$\leq 1\%$
4. Скорость загрузки	50 ± 5 Н/С
5. Межосевое расстояние между двумя опорными цилиндрами	$100 \pm 0,1$ мм
6. Диаметр загрузочного цилиндра и опорного цилиндра	$100 \pm 0,1$ мм
Эффективная длина загрузочного цилиндра и опорного цилиндра	46мм
7. Параллельность двух опорных	$\leq 0,1$ мм

цилиндров	
8. Размер тестового блока	160×40×40 мм
9. Источник питания	220 В / 50 Гц / 10 Вт
10. Размеры	1025×250×816мм